NEXT WATER GENERATION.

descon

Anleitung Sondenreinigung | Instruction Probecleaning

Alle Sonden
Lose anhaftenden Schmutz mit feuchtem Papiervlies entfernen, Kalk-, Eisen- oder Manganablagerungen mit saurem Sondenreiniger (Art.-Nr. 15059N) entfernen, hierzu Sonde ca. 1 min. in Reiniger tauchen oder so lange bis die Ablagerungen entfernt sind, dann unter fließendem Wasser intensiv abspülen und neu kalibrieren.


All types of Probes
Remove normal dirt deposits with wet damp tissue paper. Remove scale, iron or manganese deposits with acid probe cleaner (Art. 15059N) Rinse thoroughly afterwards and recalibrate


Sonden mit Edelmetallring
1 Tropfen Reinigungspaste (Art.-Nr. 15060) auf den Metallring geben und mit Papiervlies durch leichtes Reiben Ablagerungen entfernen, danach unter fließendem Wasser intensiv abspülen und neu kalibrieren.
Paste nicht auf Diaphragma bringen!
Kalk-, Eisen- und Manganablagerungen mit Sondenreiniger behandeln.


Probes with gold / platinum ring
Apply 1 drop cleaning paste (Art.-Nr. 15060) on the metal ring and remove any deposit with tissue paper by gently rubbing, rinse afterwards and recalibrate.
keep Paste away from Diaphragm.
Treat limescale, iron or manganese deposits with acid probe cleaner.

Lagerung von Sonden
Sonde im mit KCL-Lösung gefüllten Sondencontainer kühl und trocken in der Originalverpackung aufbewahren, 0 - max. 30° C. vor Frost schützen.

Storage of Probes
Store the probe in the probe container filled with KCL solution under cool and dry conditions in the original packaging at 0 to max 30°C. Protect from frost.







Die Garantie entfällt mit dem Entfernen der Seriennummer auf der Sonde.

The Probes are not under warranty if serial number is removed from the Probe.

descon®
INNOVATIVE WASSERTECHNIK

Descon GmbH - Innovative Wassertechnik | Siemensstrasse 10 | 63755 Alzenau | Fon: +49 (0)6023 50 70 10 | Mail: info@descon-trol.de | www.descon-trol.de